

Респіратор класу захисту FFP3



Рекомендовані характеристики:

1. Повинен бути призначений для захисту від дрібнодисперсних аерозолів.
2. Повинен надавати максимальний захист від твердих та рідких аерозолів при концентрації не нижче 12 ПДК.
3. Клас захисту респіратору FFP2/FFP3 згідно з вимогами міжнародних стандартів.
4. Респіратор повинен бути виготовлений з нетканого фільтрувального матеріалу.
5. Повинен бути оснащений носовим зажимом (носовою кліпсою), носовим обтюратором. Внутрішня частина респіратора має бути виготовлена з м'якого гіпоалергенного нетканого матеріалу.
6. Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування». Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
7. Наявність сертифікатів системи управління якістю ISO 9001, ISO 13485 буде перевагою.

При використанні матеріалів сайту donor.ua посилання обов'язкове.